

**PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE) A CURA DEGLI ISPETTORI MEDICI DOPING CONTROL OFFICERS/BLOOD CONTROL OFFICERS (DCO/BCO) DELLA FMSI**

**Verbale della terza seduta pubblica**

Il giorno 26 aprile 2022, alle ore 11.30, in Roma, presso gli Uffici della Federazione Medico Sportiva Italiana di Viale Tiziano nr. 70, innanzi alla Commissione di gara, hanno luogo in seduta pubblica le operazioni di verifica della documentazione presentata per la procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’affidamento della fornitura di materiale tecnico (kit antidoping e bicchieri di raccolta) funzionale alla raccolta dei campioni biologici urinari ed ematici prelevati a cura degli Ispettori DCO/BCO FMSI a fini antidoping, CIG 9072770EA4 – CPV 33141610-9, di cui al Disciplinare di gara Prot.U26012200129, indetta a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo Federale nr.134 del 10 dicembre 2021.

Sono presenti i componenti della detta Commissione Giudicatrice (di seguito Commissione), all’uopo costituita: Dott. Francesco Leonelli, con funzione di Presidente, Dott.ssa Tiziana Sansolini, con funzione di Commissario, e Dott.ssa Daniela Carlot, con funzione di Commissario. È presente, inoltre, la Dott.ssa Giulia Magni, con funzione di segretaria verbalizzante.

Presente altresì il Dott. Maurizio Galdi, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

La Commissione prende atto che, come richiesto dalla normativa applicabile, il verbale della seduta del 21 Marzo u.s., concernente le ammissioni/esclusioni alla procedura in questione, è stato pubblicato sulla piattaforma telematica, oltreché su apposita pagina del sito web della FMSI, e che, nei successivi 30 giorni, non sono pervenute impugnazioni.

La Commissione prende atto inoltre che della presente seduta è stato dato avviso, oltreché con apposita comunicazione sul sito internet della FMSI, anche attraverso la citata piattaforma alla Ditta ammessa.

Si ricorda che la piattaforma telematica attraverso la quale sono state gestite le operazioni di gara assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

La Commissione, attesa l’aggiudicazione della presente procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ricorda i criteri di valutazione prescritti dall’art.6.1.2 del Disciplinare di gara e dall’art.4 del relativo Capitolato tecnico.

Ciò premesso e già acclarata nel corso della precedente seduta del 18 marzo la conformità alle regole di gara delle offerte presentate dalla Ditta ammessa alla Procedura di Gara per quanto attiene alle modalità di invio e di produzione dei documenti, la Commissione procede all’apertura della busta virtuale contenente l’Offerta Tecnica presentata da LockCon AG e alla verifica della compatibilità della medesima con quanto richiesto dal Disciplinare di gara e al relativo Capitolato tecnico.

Vi si rinvia una relazione tecnica scritta in lingua italiana contenente: profilo, organigramma ed esperienza pregressa della Società, ancorché con generica elencazione del portfolio clienti; dettagliata descrizione del portfolio prodotti, sia a livello di materiale scelto per la produzione, la cui leggerezza comporta minori costi di stoccaggio e trasporto, sia a livello di standard qualitativi, a garanzia della sicurezza e dell'integrità del contenuto; particolareggiato corredo fotografico, che consente di acclarare agevolmente il soddisfacimento dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara e dal relativo Capitolato tecnico, nonché la convenienza del pre-assemblaggio degli accessori componenti i kit; copia della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità; certificazione di conformità resa dalla Società indipendente LGC circa il rispetto degli standard prescritti dalla normativa di settore (ndr: WADA ISTI); copia della polizza assicurativa. Sono altresì accluse le dichiarazioni di conformità ai Regolamenti UE applicabili relative ai componenti dei kit considerati dispositivi medici.

Indi, la Commissione procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi nel rispetto dello schema di cui al Capitolato tecnico.

La documentazione relativa all'offerta tecnica presentata dalla Ditta LockCon AG viene stampata, siglata in ogni foglio dai membri della Commissione e inserita all'interno di una busta che, a sua volta, viene chiusa e siglata dai membri della Commissione e rimessa agli Uffici per la custodia.

Completato l'esame dell'Offerta tecnica, posto che non vi è luogo a valutazione comparativa essendo presente una sola offerta, la Commissione procede nuovamente in seduta pubblica dando lettura dei punteggi assegnati e delle relative valutazioni compiute, così come sintetizzato nella sottostante tabella:

DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
LockCon AG	60,00

La seduta si chiude alle ore 12:45 e viene aggiornata alla seduta del prossimo 3 maggio.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale scritto in pagine 2, unitamente all'allegato, che viene firmato dal Presidente e dai Commissari.

Dott. Francesco Leonelli

Dott.ssa Tiziana Sansolini

Dott.ssa Daniela Carlot

Dott. Maurizio Galdi, RUP



**PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
DI MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI CAMPIONI  
BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE) A CURA DEGLI ISPETTORI MEDICI DOPING CONTROL  
OFFICERS/BLOOD CONTROL OFFICERS (DCO/BCO) DELLA FMSI – Allegato 1**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO &gt; KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI URINARI</b>	
<b>Requisiti minimi inderogabili</b>	<b>Presenza/assenza</b>
Materiale dei contenitori A+B atto ad assicurare l’integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici	Si
Materiale dei contenitori A+B trasparente e incolore, atto a consentire l’effettuazione di un check visivo del contenuto	Si
Materiale del bicchiere atto a resistere alle condizioni di utilizzo (raccolta, trasporto, stoccaggio, congelamento / scongelamento -80°C per almeno tre cicli)	Si
Sistema di sigillatura che evidenzi traccia di eventuale manomissione	Si
Sistema di numerazione univoco di tipo alfanumerico, integrato nei contenitori per la raccolta e nei contenitori di imballaggio conforme ai requisiti operativi indicati dalla WADA, che garantisca l’anonimato dell’atleta	Si
Possibilità di risigillatura	Si
Limite minimo di volume ≥ 85mL	Si
<b>Requisiti soggetti a valutazione discrezionale</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Materiale del contenitore infrangibile	4,67
Basso impatto ambientale del materiale del contenitore	3,00
Codice di numerazione univoco in due diverse posizioni (contenitore e tappo)	3,33
Ottimizzazione delle dimensioni e relativo peso del contenitore in rapporto al contenuto specifico	4,00
Disponibilità di etichette adesive supplementari con codice alfanumerico univoco (≥6)	2,67
Presenza di marcature che indichino volume minimo e massimo e/o di scala graduata	1,00
Imballaggio a misura a protezione dei contenitori, che risponda alle norme UN3373 – Categoria B	3,00
<b>SUB TOT</b>	<b>21,67</b>

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO &gt; KIT ANTIDOPING PER PRELIEVI EMATICI</b>	
<b>Requisiti minimi inderogabili</b>	<b>Presenza/assenza</b>
Materiale della provetta atto ad assicurare l’integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici	Si
Materiale della provetta e del contenitore trasparente e incolore, atto a consentire l’effettuazione di un check visivo del contenuto	Si
Materiale del contenitore atto a resistere alle condizioni di utilizzo (raccolta, trasporto, stoccaggio, congelamento / scongelamento -80°C per almeno tre cicli)	Si
Sistema di sigillatura che evidenzi traccia di eventuale manomissione	Si
Sistema di numerazione univoco di tipo alfanumerico, integrato nei contenitori per la raccolta e nei contenitori di imballaggio conforme ai requisiti operativi indicati dalla WADA, che garantisca l’anonimato dell’atleta	Si
Presenza di set per il prelievo (ago a farfalla, raccordo)	Si
Possibilità di risigillatura	Si
Capacità minima ≥ 3mL con presenza di anticoagulante EDTA per i prelievi di sangue intero	Si
Capacità minima ≥ 5mL con presenza di gel di polimeri inerti per i prelievi di siero	Si



<b>Requisiti soggetti a valutazione discrezionale</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Materiale del contenitore infrangibile	4,67
Basso impatto ambientale del materiale del contenitore	3,00
Ottimizzazione delle dimensioni e relativo peso del contenitore in rapporto al contenuto specifico	3,00
Disponibilità di etichette adesive supplementari con codice alfanumerico univoco (≥8)	2,67
Presenza di set igienico (guanti monouso non talcati, disinfettante preferibilmente a base di clorexidina, cerotto ipoallergenico)	1,67
<b>SUB TOT</b>	<b>15,00</b>

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO &gt; BICCHIERI DI RACCOLTA PER URINE</b>	
<b>Requisiti minimi inderogabili</b>	<b>Presenza/assenza</b>
Materiale del bicchiere atto ad assicurare l'integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici	Sì
Materiale del bicchiere trasparente e incolore, atto a consentire l'effettuazione di un check visivo del contenuto	Sì
Materiale del bicchiere atto a resistere alle condizioni di utilizzo (raccolta, trasporto, stoccaggio, congelamento / scongelamento -80°C per almeno tre cicli)	Sì
Sistema di sigillatura che evidenzia traccia di eventuale manomissione	Sì
Sistema di numerazione univoco di tipo alfanumerico, integrato nei contenitori per la raccolta e nei contenitori di imballaggio conforme ai requisiti operativi indicati dalla WADA, che garantisca l'anonimato dell'atleta	Sì
Possibilità di risigillatura	Sì
Presenza di una scala graduata da 10 mL a 180 mL	Sì
<b>Requisiti soggetti a valutazione discrezionale</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Materiale del bicchiere infrangibile	4,67
Basso impatto ambientale del materiale del contenitore	2,00
Ottimizzazione delle dimensioni in rapporto al contenuto specifico	3,00
Marcatura a 90 ml	0,67
Confezione singola sigillata	2,00
<b>SUB TOT</b>	<b>12,33</b>

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO &gt; STRISCE DI SICUREZZA PER SIGILLATURA CAMPIONI</b>	
<b>Requisiti minimi inderogabili</b>	<b>Presenza/assenza</b>
Nastro adesivo di facile utilizzo e di dimensioni adeguate ad assicurare la chiusura del bicchiere di raccolta, quando utilizzato come parziale	Sì
Presenza di codice alfanumerico ovvero codice a barre univoco	Sì
Potere adesivo tale da evidenziare traccia di eventuale manomissione	Sì
Confezione sigillata singola	Sì
<b>Requisiti soggetti a valutazione discrezionale</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
Materiale impermeabile di colore argentato o dorato	2,00
Facilità di lettura del codice alfanumerico ovvero codice a barre univoco, stampato in colore piatto scuro e in posizione di immediata visibilità	2,00
Presenza sulla confezione delle istruzioni d'uso e data di scadenza	2,00
<b>SUB TOT</b>	<b>6,00</b>

<b>CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</b>	
<b>Requisiti soggetti a valutazione discrezionale</b>	<b>Punteggio</b>
	

	attribuito
Assenza di contestazioni, nel corso dell'esecuzione dei contratti inerenti a precedenti forniture analoghe, afferenti ad aspetti tecnici atti a influenzare l'esecuzione dell'appalto	5,00
Possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 da almeno 18 mesi	0,00
<b>SUB TOT</b>	<b>5,00</b>

**PUNTEGGIO TOTALE** 60,00

**Francesco Leonelli**



**Tiziana Sansolini**



**Daniela Carlotti**

